utilizará de técnicos especializados e de peças originais, relacrando seu aparelho e garantindo o serviço executado.

4. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

• Antes de colocar o produto em funcionamento, leia atentamente as instruções de uso contidas neste manual de instruções. Siga-as rigorosamente, pois serão a sua segurança.

Este Manual é de uso exclusivo da NS Indústria de Aparelhos Médicos Ltda. Não pode ser copiado total ou parcialmente sem prévia autorização por escrito.

0-00-6515-003 outubro/2011 Sujeito a alteração sem prévio aviso. As imagens contidas neste manual são ilustrativas.

Certificado de Garantia

Comprador:_____

Endereço:_____

Bairro:_____

Cidade:_____

Estado:_____

Modelo do produto:_____

Nº de série do produto:_____

Nota Fiscal nº :_____

Data da emissão:_____ /_____ /_____

Nome do revendedor:_____

Endereço:_____

_____

Carimbo e Assinatura do Revendedor

Caso necessite de maiores informações sobre postos de assistência técnica e outras dúvidas, verifique em **www.nsam.com.br**
sac@nsam.com.br
assistencia@nsam.com.br
Grande São Paulo: **2336-8044**
Demais Regiões: **0800 015 1070**
De segunda a sexta 8 às 18h

Cuidando da sua saúde
R. Francisco Pedroso de Toledo, 437
Vila Liviero - CEP 04185-150 - São Paulo - SP
CNPJ 62.515.952/0001-03 Ind. Brasileira

MANUAL DE INSTRUÇÕES

STERIline1

Higienizador UV de escovas dentais

Leia atentamente este manual de instruções, pois ele possui informações importantes de como utilizar seu aparelho aproveitando ao máximo sua eficiência e qualidade.

NS cuidando da sua saúde bucal

3 minutos significam uma Vida + Saudável

Cuidando da sua saúde

Parabéns por adquirir mais um produto NS!

• INFORMAÇÃO SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOVA DENTAL

O Higienizador de escova dental para viagens garante a higiene de sua escova dental graças à moderna tecnologia da luz germicida UV.

Após a escovação, enxaguar, secar e colocar a escova dental no Higienizador. O processo de higienização inicia-se ao fechar a porta do aparelho.

• CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

- Usa tecnologia de luz UV germicida;
- Elimina E. Coli, Salmonela e outros organismos nocivos ao destruir seu DNA;
- Dupla função, como higienizador e estojo para escova dental;
- Modo mais prático e saudável de transportar sua escova dental;
- Não é necessário o uso de produtos químicos para a eficácia da higienização.

• FÁCIL DE USAR

1. Encaixe a escova dental no suporte, deixando as cerdas em direção à lâmpada UV.
2. O processo de higienização inicia-se ao fechar a porta do aparelho.
3. A lâmpada UV apaga automaticamente após 6 a 8 minutos.
4. A sua escova dental está completamente higienizada!



• ADVERTÊNCIA

Evite a entrada de água no aparelho.

Não pressione o botão de controle caso a tampa esteja aberta.

A lâmpada UV é prejudicial aos olhos e pele, portanto não olhe diretamente para a luz do aparelho.

• ATENÇÃO

- Se a lâmpada UV permanecer desligada após fechar a tampa, abra e feche-a várias vezes até que a luz acenda (isso pode ser necessário no primeiro uso ou depois de um longo período sem utilização).

- Use duas pilhas alcalinas tamanho AAA;

- Quando a lâmpada UV parecer fraca, ou a luz não acender depois de fechar a tampa, substitua as pilhas.

- Não utilize pilhas recarregáveis.

- Para manter as pilhas sempre em condições de uso evitando danos como explosões ou vazamento, remova-as do aparelho sempre que este não estiver em uso. As pilhas devem ser armazenadas em local seco e arejado.

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do Aparelho: 220x62x28mm

Peso (sem pilhas): 102g

Potência UV: 250μW

Potência do aparelho: 345mW

Fonte de energia: 2X pilhas de tamanho AAA (não inclusas)

Densidade de ozônio: 0,01PPM-0,05PPM

Temperatura de operação: 0°C a 50°C

Vida útil da lâmpada UV: 6 mil horas (mínimo)

• GARANTIA

A garantia adicional é uma vantagem oferecida ao consumidor, porém, para que a mesma tenha validade é imprescindível que o certificado de garantia seja apresentado devidamente e totalmente preenchido, e ou, a primeira via da nota fiscal de compras do produto. Exija do estabelecimento de compra o Certificado de Garantia preenchido corretamente.

1. PRAZO DE GARANTIA

• A NS Indústria de Aparelhos Médicos Ltda. assegura ao comprador do produto identificado no certificado de garantia, uma garantia legal de 90 dias mais uma garantia adicional (garantia estendida) de 9 meses, totalizando 1 (um) ano contando a partir da data de compra, exceto a lâmpada UV possuindo uma garantia legal de 90 dias.

• Esta garantia adicional é dada ao produto, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao seu uso regular.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA

Estará Fora da Garantia sendo, pois, ônus do consumidor:

• Quando ficar constatado vazamento das pilhas.

• Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto, ou quando for constatado o uso comercial do aparelho.

• Quando ficar constatado que houve violação do aparelho.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EFETUADA

• Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pela NS Indústria de Aparelhos Médicos Ltda, que se